

Dokumentation zum 7mm (MFE Band III) RX:

Protokoll für Aktuelles, Änderungen, etc.:

- Differenz in der Temperaturanzeige (RK am 13.8.2013): Es gibt zuweilen einen nicht konstante Temperaturdifferenz zwischen der Anzeige in der Apex und im Empfängerraum, wobei die Anzeige im Empfängerraum manchmal springt. Ein Grund dafür konnte leider noch nicht gefunden werden.

[Beschreibung zur Bedienung des 7mm Empfängers nach der Überarbeitung vom 24.9.2012](#)

[Anmerkung von Karl Grypstra zur Abstimmung des 7mm MFE Moduls vom August 2009](#)

[Manual der PLL Schaltung im 7mm Empfänger - März 2008](#)

From:

<https://eff100mwiki.mpifr-bonn.mpg.de/> - Effelsberg 100m Teleskop

Permanent link:

https://eff100mwiki.mpifr-bonn.mpg.de/doku.php?id=electronics:elempf%C3%A4ngerbeschreibungen:elempf%C3%A4nger7mm_mfe&rev=1376490522

Last update: 2015/06/01 08:47

